

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~ / PERIODICA (\*)

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI  
Via M. U. Traiano 40  
20149 MILANO

LABORATORIO:

DATA: - 2 MAR 2021

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore banco [mg/l]	Esito della verifica periodica			ARRH0003 31 in 5s palier 1.5s
		1.5l in 5s palier 3s	3l in 5s palier 3s	4.5l in 5s palier 3s	
0,000	0,000		B		
0,200	0,200		B		
0,350	0,350 0,804		B		
0,400					
0,700	0,700		B		
0,950	1,610				
1,500	1,500 3,451		B		
2,500					K 847

Milano

02/03/2021

B=risultati esatti; E=risultati che superano l'errore max  
C/PA Milano, coordinato col C.S.R.P.A.D. di Roma

riempire le caselle interessate } con B per i risultati esatti  
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO(\*)

Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento in c/c  
dell'art. 7 della  
legge 14/11/1973  
n. 625.  
(\*) Cancellare l'indicazione inutile



IL DIRIGENTE  
Ing. Henry Del Greco  
(firma del responsabile del laboratorio)

VERIFICA: PRIMITIVA / PERIODICA (\*)

LABORATORIO:

DATA:

gas di alcool etilico (mg/l)	valore effettivo banco (mg/l)	1.5 l in	3 l in	4.5 l in	3 l in	3 l in 5 s
		5 s	5 s	5 s	5 s	palier 1.5 s
0,000						
0,200						
0,350						
0,400						
0,700						
0,950						
1,500						
2,500						

riempire le caselle interessate } con B per i risultati esatti  
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO (\*)

(\*) Cancellare l'indicazione inutile

(firma del responsabile del laboratorio)