

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~ / PERIODICA (\*)

VERIFICA: PRIMITIVA / PERIODICA (\*)

LABORATORIO:

LABORATORIO:

16 MAG 2023

SENTO PROVE AUTOVEICOLI  
VIA M. U. TRIANO, 40  
20149 MILANO

DATA:

DATA:

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica periodica ARHN0003			
		1,5 l in 5s paller 3s	3 l in 5s paller 3s	4,5 l in 5s paller 3s	3 l in 5s paller 1,5s
0,000	0,000		B		
0,200	0,200		B		
0,350	0,350		B		
0,400	0,804				
0,700	0,698		B		
0,950	1,606				
1,500	1,502		B		
2,500	3,455				

B=risultati esatti; E=risultati che superano l'errore max  
CPA Milano, coordinato col C.S.R.P.A.D. di Roma  
Milano 16/05/2023 **K 908**

gas di alcool etilico (mg/l)	valore effettivo banco (mg/l)	1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 5 s paller 1,5 s
0,000					
0,200					
0,350					
0,400					
0,700					
0,950					
1,500					
2,500					

riempire le caselle interessate  
 { con B per i risultati esatti  
 con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

riempire le caselle interessate  
 { con B per i risultati esatti  
 con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO(\*)

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO (\*)



*Ingeg. Ambrogio Padella*  
**Funzionario Ingegnere**



(\*) Cancellare l'indicazione inutile  
 (firma del responsabile del laboratorio)

(firma del responsabile del laboratorio)

(firma del responsabile del laboratorio)